

仕 様 書

- 1 件 名 デジタルマンモグラフィシステムの購入
- 2 納 入 期 限 令和8年(2026年) 12月10日
- 3 納 入 場 所 埼玉県草加市草加二丁目21番1号 草加市立病院
- 4 支 払 方 法
納品完了払(年1回払)
複数の物品が個々に納品される場合は、全ての物品が納品された日を納品日とする。
- 5 規 格 等 別紙1「調達物品に備えるべき要件」のとおり
- 6 納品及び検品
納品の際は、必ず病院職員立会いの下検品を受け、検収調書の作成に協力すること。
- 7 返 品 等
納品時の検品の際に破損等があった場合は、返品とし交換すること。
- 8 秘密の保持
業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- 9 そ の 他
 - (1) 草加市環境マネジメントシステムに関する取り組みに協力すること。
 - (2) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例(平成19年条例第16号)第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年告示第155号)第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア 受注者及び受注者の下請業者は不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、病院事業管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
イ 受注者は、市立病院及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
 - (3) 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができるよう努めること。
 - (4) 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。
- 10 問 合 せ 先 草加市立病院 施設管理課
電話048(946)2200(代表)

別紙 1

調達物品に備えるべき要件

1 調達物品及び構成内容

【富士フイルムメディカル㈱】

マンモグラフィティシステム AMULEY SOPHINITY 1 式 (内訳は、別紙 2 参照)
上記物品の搬入・据付・配線・調整等及び標準付属品の一式を含む。

2 入札に関する基本要件

(1) 障害支援体制

障害時において、早急な復旧を可能にするサービス体制が整っていること。

(2) 設置条件

ア 本契約に伴う作業（搬入及び据付調整等をいう）を行うこと。

イ 本仕様書に示した各機器が適正に作動するために必要なケーブル・コネクタ等は全て本契約に含めること。

ウ 本仕様書に示した各機器が適正に作動するために必要な他装置は本契約に含めること。

エ 本仕様書に示した各機器が適正に作動するために必要な周辺機器との接続費用等は全て本契約に含めること。

オ 搬入・据付調整作業等に際しては十分に養生を行うこと。

(3) 保守体制

ア 通常の使用で発生した修理及び定期的点検を実施できる体制であること。

イ 主要機器の無償保証期間は検収完了日の翌日より 1 ヶ年とし、期間中に生じたトラブルは充分把握し期間終了前に完全な機能の状態とすること。尚、期間中の故障状況はその都度報告承諾を受けること。

(4) その他

ア 入札機器は、入札時点で製品化されていること。

イ 入札機器のうち医療用具に関して、入札時点で薬事法に定められている製品の承認を得ていること。

ウ 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

エ 装置の取り扱いに関し、当院の取り扱い担当者に対して教育訓練を行うこと。

オ 操作マニュアルは、最低 2 部以上を提供すること。

カ 必要に応じて、保健所等に提出する申請書類の作成及び支援等を行なうこと。

キ その他、当仕様書に記載のない事項については、担当者との協議に応ずること。

調達物品一覧表（富士フイルムメディカル㈱ 製）

品名	型式	数量
マンモグラフィシステム	AMULEY SOPHINITY	1式
富士デジタルマンモグラフィ AMULET SOPHINITY+AWS	DR 4000 24X30 + AVIS	1
フットスイッチSOPHINITY	DR 4000 FOOTSW EXC	1
プロジェクション機能 SOPHINITY	DR 4000 PROJECTION KIT	1
ステレオアップグレードキー SOPHINITY	DR 4000 S UP-GRADE KEY	1
トモシンセシス撮影用ソフトキット SOPHINITY	DR 4000 TOMO KIT-L G4 V3. 0	1
トモシンセシス撮影用固定フェースガード SOPHINITY	DR 4000 FACE GUARD FOR TOMO	1
USB延長ケーブル (1.5m)	USB3-E1 5BK	1
電源ケーブル (15m) Innovality	DR 3500 AC CORD 15M	1
Exposure SW (リモートタイプ) fs	EXPOSURE SWITCH REMOTE AR	1
3000AVIS用2M カラーディスプレイ JVC	3000AWS LCD 2M CLR JVC	1
詳細画像表示機能用ソフトライセンス	AVIS PRECISE ENLARGEMENT SWL	1
コンソール用電源タップ	CL TAP-WCH2434H	1
FPD 1ショートファントーム M 24X30	1SI-IOT PHANTOM 24X30 HA #	1
FPD 1ショートファントーム M40mmジグ	FCR 1SHOT PHANTOM M PLUS 40mm SPACER	1
温度監視装置	NE1012T-A 2ch	1
温度センサ (1個)	NE10-T1	1
CR/DR設置消耗品キット	SETT1 KIT/M	1
USB連動電源タップ B	TAP-RE9SPUN FOR AMULET	1
18X24シフト圧迫板	COMP PADDLE 18X24 SP C	1
9X24小乳房シフト圧迫板	COMP PADDLE 9X24 SP CMAG TABLE C	1
拡大撮影台キット	MAG TABLE C	1
拡大角型スポット圧迫板	COMP PADDLE MAG SPOT SQ C	1
拡大撮影用圧迫板	COMP PADDLE MAG C	1
角型スポット圧迫板	COMP PADDLE SPOT SQ C	1
3000AWS用SMモノクロディスプレイ JVC	3000AWS LCD 5M GRY JVC A	1
乳腺量測定機能用ソフトライセンス	AWS BD MEASUREMENT SWL	1
ポジショニング解析機能用ソフトライセンス	AVIS POSITIONING ANALYSIS SWL	1
8ポートスイッチングHUB(Gb) A	AT-GS 920/08	2
コンソール用 電源タップ	CL TAP-WCH2434H	2
FCRネットワーク接続ケーブル UTP3M (FD)	NW UTP-STR CBL FD 3M	3
FCRネットワーク接続ケーブル UTP15M (FD)	NW UTP-STR CBL FD 15M	2
初年度スタートセットM{IS}	ASSISTA Management Start SET M (IS)	1
設置設定費用	設置設定費用	1
その他測定費用	線量測定費他	1
その他接続費等	その他接続費等	1